

Stalowa Wola, dnia 02 czerwca 2023r.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
SPZOZ w Stalowej Woli
ul. J. Dąbrowskiego 5,
37-464 Stalowa Wola

**WSZYSCY WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne**

Numer sprawy: **3/ZO/ZPO/2023**

WYJAŚNIENIA Nr 1 do zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego pn. „*Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli z podziałem na zadania*”.

Zamawiający, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, działając na podstawie Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy zadania 2 Aparat do elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii i magnetoterapii.

Jaką długość fali i moc ma mieć sonda laserowa.

Wyjaśnienie 1

Zamawiający dopuszcza sondę laserową o parametrach IR 808nm o mocy 400 mW.

Pytanie 2

Dotyczy zadania 2 Aparat do elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii i magnetoterapii.

Jaką powierzchnię ma mieć głowica ultradźwiękowa.

Wyjaśnienie 2

Zamawiający dopuszcza głowicę ultradźwiękową o powierzchni 5cm².

Dyrektor ZPO SPZOZ

Małgorzata Stańczak

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/